

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS ORL-S118

Fecha: 09.05.2026

ESPAÑOL

Scale 18

Escala para refractómetro digital ORL 94BS para determinar el propilenglicol (%)

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

- Configure su refractómetro con escalas individuales según sus requisitos: se puede reequipar incluso tras la compra
- Aviso: además de las escalas Brix e índice de refracción que ya están preinstaladas en los refractómetros, se pueden elegir máx. otras ocho escalas por equipo
- El software OXR-BASIC gratuito para la realización de mediciones y para el almacenamiento y la exportación de los resultados de medición está disponible para su descarga

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ORL-S118
Serie de modelos	ORL-S
Surtido	Optics
Tipo de producto	Refractómetros
Grupo de productos	Refractómetros digitales
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	404576 1489646
Número del arancel aduanero	90275000
País de origen	DE

Datos técnicos - Embalaje y envío

Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Primarios

Escalas	PG (%)
Escala Rango	0,0 % - 100,0 %

Datos técnicos - Sistema de medición

Lectura	0,1 %
Precisión	0,5 %